

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 456

Тимофеев Виктор Борисович
 Директор ООО «Гарнец»
 Владимирская область, Суздальский район,
 село Сновицы, ул. Вороновой, д. 2.
 (ФИО и должность представителя Заказчика,
 название, юридический и почтовый адрес Заказчика)

«15» сентября 2014 г.

В соответствии с Договором № 14/12А от 07.11.2012г. между ООО «Гарнец» и Испытательной лабораторией ООО «Компания Стайлаб» было проведено испытание следующих проб (по Заявке № 70 от 09.09.2014 г.):

№ пробы	Описание пробы (наименование, дата изготовления, производитель)	Дата отбора пробы	№ и дата Акта отбора проб	НД, согласно которому производится отбор проб (при наличии)
100914/41	Смесь без глютена «Зернобобовый хлеб» ТУ 9195-012-89751414-11 Дата производства: 09.09.14	-	-	-
100914/42	Смесь "Основа для пиццы" без глютена ТУ 9195-012-89751414-11 Дата производства: 09.09.14	-	-	-

Пробы были переданы в Испытательную лабораторию ООО «Компания Стайлаб» для проведения испытаний 10.09.2014 г.
 (дата передачи проб)

Испытания проб выполнены 12.09.2014 г. Результаты испытаний приведены в таблице ниже:

№ пробы	Описание пробы (наименование, дата изготовления, производитель)	Методика	Аналит	Предел обнаружения, мг/кг, предел количественного определения, мг/кг	Результат, мг/кг	Неопределенность*
100914/41	Смесь без глютена «Зерно-бобовый хлеб» ТУ 9195-012-89751414-11 Дата производства: 09.09.14	МУК 4.1.2880-11 Методы определения глютена в продовольственном сырье и пищевых продуктах (раздел 8)	глютен	5,0 10,0	<10,0	0,8
100914/42	Смесь "Основа для пиццы" без глютена ТУ 9195-012-89751414-11 Дата производства: 09.09.14		глютен	5,0 10,0	<10,0	0,8

*неопределенность выражена как стандартное отклонение S, мг/кг.

Комментарии: В соответствии с требованиями стандарта ALINORN 08/31/26, подготовленного Комитетом Кодекса Алиментариус по питанию и пищевым продуктам для специальных диет (CCNFSD) продукты специализированного питания с пониженным содержанием глютена, могут содержать 20-100 мг/кг глютена, а безглютеновые продукты питания должны содержать менее 20 мг/кг.

Внимание! Результаты испытаний относятся исключительно к пробам, подвергшимся исследованию!

Ответственный представитель Исполнителя:

Руководитель Испытательной лаборатории

ООО «Компания Стайлаб»

Галкин А.В.



Аккредитованная испытательная лаборатория

Аттестат аккредитации № ААС.А.00168 от 24.08.2012 г. выдан Органом по аккредитации,

Полноправным членом и участником Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC Ассоциацией аналитических центров «Аналитика»