



Системные решения в пищевой аналитике
 ООО «Компания Стайлаб»
 123022, Россия, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, ВНИИВСГЭ
 телефон/факс: +7(495) 662-64-15, +7(495) 707-28-68, телефон: +7(495) 729-17-04
 www.stylab.ru, info@stylab.ru
 ИНН 7703650083, КПП 770301001, ОГРН 1077763130356

Страница 1 из 2

Приложение 2 к СОП 02-06-2-2012 Оформление результатов испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 334

Тимофеев Виктор Борисович
 Директор ООО «Гарнец»
 Владимирская область, Суздальский район,
 село Сновицы, ул. Вороновой, д. 2.
 (ФИО и должность представителя Заказчика,
 название, юридический и почтовый адрес Заказчика)

«17» июля 2014 г.

В соответствии с Договором № 14/12А от 07.11.2012г. между ООО «Гарнец» и Испытательной лабораторией ООО «Компания Стайлаб» было проведено испытание следующих проб (по Заявке № 61 от 16.07.2014 г.):

№ пробы	Описание пробы (наименование, дата изготовления, производитель)	Дата отбора пробы	№ и дата Акта отбора проб	НД, согласно которому производится отбор проб (при наличии)
160714/6	Смесь "Белый хлеб" без глютена ТУ 9195-012-89751414-11, дата выработки: 14.07.2014 г., ООО "Гарнец.	-	-	-
160714/7	Крахмал тапиоковый ТУ 9187-018-89751414-13, дата выработки: 15.07.2014 г., ООО "Гарнец".	-	-	-
160714/8	Смесь "Темный хлеб" без глютена ТУ 9195-012-89751414-11, дата выработки: 15.07.2014 г., ООО "Гарнец.	-	-	-
160714/9	Смесь "Серый хлеб" без глютена ТУ 9195-012-89751414-11, дата выработки: 14.07.2014 г., ООО "Гарнец.	-	-	-

Пробы были переданы в Испытательную лабораторию ООО «Компания Стайлаб» для проведения испытаний 16.07.2014 г.
 (дата передачи проб)

Аккредитованная испытательная лаборатория
 Аттестат аккредитации № ААСА.00168 от 24.08.2012 г. выдан Органом по аккредитации,
 Полноправным членом и участником Соглашений о взаимном признании I LAC и APLAC Ассоциацией аналитических центров «Аналитика»



Системные решения в пищевой аналитике

ООО «Компания Стайлаб»

123022, Россия, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, ВНИИВСГЭ

телефон/факс: +7(495) 662-64-15, +7(495) 707-28-68, телефон: +7(495) 729-17-04

www.stylab.ru, info@stylab.ru

ИНН 7703650083, КПП 770301001, ОГРН 1077763130356

Страница 2 из 2

Протокол Испытания № 334 от 17.07.2014 г.

Испытания проб выполнены 17.07.2014 г. Результаты испытаний приведены в таблице ниже:

№ пробы	Описание пробы (наименование, дата изготовления, производитель)	Методика	Аналит	Предел обнаружения, мг/кг, предел количественного определения, мг/кг	Результат, мг/кг	Неопределенность*
160714/6	Смесь "Белый хлеб" без глютена ТУ 9195-012-89751414-11, дата выработки: 14.07.2014 г., ООО "Гарнец.	МУК 4.1.2880-11 Методы определения глютена в продовольственном сырье и пищевых продуктах (раздел 8)	глютен	5,0 10,0	<10,0	0,8
160714/7	Крахмал тапиоковый ТУ 9187-018-89751414-13, дата выработки: 15.07.2014 г., ООО "Гарнец".		глютен	5,0 10,0	<10,0	0,8
160714/8	Смесь "Темный хлеб" без глютена ТУ 9195-012-89751414-11, дата выработки: 15.07.2014 г., ООО "Гарнец.		глютен	5,0 10,0	<10,0	0,8
160714/9	Смесь "Серый хлеб" без глютена ТУ 9195-012-89751414-11, дата выработки: 14.07.2014 г., ООО "Гарнец.		глютен	5,0 10,0	<10,0	0,8

*неопределенность выражена как стандартное отклонение S, мг/кг.

Комментарии: В соответствии с требованиями стандарта ALINORN 08/31/26, подготовленного Комитетом Кодекса Алиментариус по питанию и пищевым продуктам для специальных диет (CCNFSD) продукты специализированного питания с пониженным содержанием глютена, могут содержать 20-100 мг/кг глютена, а безглютеновые продукты питания должны содержать менее 20 мг/кг.

Внимание! Результаты испытаний относятся исключительно к пробам, подвергшимся исследованию!

Ответственный представитель Исполнителя:

Руководитель Испытательной лаборатории

ООО «Компания Стайлаб»

Галкин А.В.

Аккредитованная испытательная лаборатория

Аттестат аккредитации № ААС.А.00194 от 04.08.2012 г. выдан Органом по аккредитации,

Полноправным членом Ассоциации соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC Ассоциацией аналитических центров «Аналитика»

