



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 2214

Тимофеев Виктор Борисович

Директор ООО «Гарнец»

Владимирская область, Суздальский район,

село Сновицы, ул. Вороновой, д.2.

17 марта 2017 г.

В соответствии с Договором 14/12А от 07.11.2012 г. между ООО «ГАРНЕЦ» и Испытательной лабораторией ООО «Компания Стайлаб» было проведено испытание проб, переданных в Испытательную лабораторию ООО «Компания Стайлаб» 15.03.2017 г. для проведения испытаний (по Заявке № 236 от 14 марта 2017 г.).

Испытания проб выполнены 16 марта 2017 г. Результаты испытаний приведены в таблице ниже:

№ пробы	Описание пробы	Объект испытания	Аналит	Методика	Предел количественного определения, мг/кг	Результат, мг/кг	Неопределенность**
81/1	Мука универсальная без глютена ТУ 9195-012-89751414-11, дата изготовления: 14.03.2017 г., ООО "Гарнец"	Пищевой продукт (мука)	Глютен	МУК 4.1.2880-11 Методы определения глютена в продовольственном сырье и пищевых продуктах (раздел 8)	10,00	< 10,00	0,8
81/2	Смесь без глютена для блинов ТУ 9195-012-89751414-11, дата изготовления: 14.03.2017 г., ООО "Гарнец"	Продукт пищевой (смесь для выпечки)	Глютен		10,00	< 10,00	0,8
81/3	Крахмал кукурузный ГОСТ 32159-2013, выработка: март 2017 - сентябрь 2017 г.	Продукт пищевой (крахмал)	Глютен		10,00	< 10,00	0,8

*неопределенность выражена как стандартное отклонение S, мг/кг

Комментарии: В соответствии с требованиями стандарта ALINORN 08/31/26, подготовленного Комитетом Кодекса Алиментариус по питанию и пищевым продуктам для специальных диет (CCNFSD) продукты специализированного питания с пониженным содержанием глютена, могут содержать 20-100 мг/кг глютена, а безглютеновые продукты питания должны содержать менее 20 мг/кг.



№ AAC.A.00168

Номер аттестата аккредитации.

Аккредитованная испытательная лаборатория

Аттестат аккредитации № AAC.A.00168 от 23.10.2015 г. выдан Органом по аккредитации,

Полноправным членом и участником Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC

Ассоциацией аналитических центров «Аналитика»

**Внимание! Результаты испытаний относятся исключительно к пробам,
подвергшимся исследованию!**

Ответственный представитель Исполнителя:
Специалист по качеству Испытательной лаборатории
ООО «Компания Стайлаб»

Елагина А.А.



№ ААС.А.00168

Номер аттестата аккредитации.

Аккредитованная испытательная лаборатория

Аттестат аккредитации № ААС.А.00168 от 23.10.2015 г. выдан Органом по аккредитации,
Полноправным членом и участником Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC
Ассоциацией аналитических центров «Аналитика»