

**Общество с ограниченной ответственностью «ГАРНЕЦ»
(ООО «ГАРНЕЦ»)**

600017 г. Владимир, ул. Батурина, 37Б, тел. (4922)26-03-06, e-mail: laboratory@garneccom

Производственная испытательная лаборатория (ПИЛ)

Протокол испытаний № ИФА-ПС-12/25

от 29.01.2025

Наименование образца: **Мука универсальная без глютена «Чечевичка»**

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Изготовитель: | ООО «Гарнец» |
| НД на продукцию: | ТУ 9195-012-89751414-11 |
| Дата выработки: | 28.01.2025г |
| Дата проведения испытаний: | 29.01.2025г |
| Основание для испытаний | Заявка № 3 от 28.01.2025г |
| Дополнительная информация | № 2901-22/25 П |

Результаты испытаний

| Наименование показателя, единицы измерения | Норма по НД | Результат испытаний | Показатель точности | Методика испытаний |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---|
| Содержание глютена, мг/кг | <20,0 | <5,0* | -* | МУК 4.1.2880-11 Методы определения глютена в продовольственном сырье и пищевых продуктах (п. 6) |

* Для результатов вне зоны рабочего диапазона методики показатель точности измерений не указывается.

Результаты проведенных испытаний распространяются на указанные в протоколе испытаний партии продукции выработкой с 28.01.2025 по 27.04.2025

Используемые средства измерения.

1. Фотометр планшетный LEDETECT 96, заводской № 1533. Свидетельство о поверке № С-БЗ/20-03-2024/327384134 от 20.03.2024. Действительно до 19.03.2025.
2. Весы электронные неавтоматического действия Pioneer AR 5120, заводской № 1121501571. Свидетельство о поверке № С-БЗ/21-02-2024/318611413 от 21.02.2024. Действительно до 20.02.2025.
3. Пипетка-дозатор одноканальная с регулируемым объемом доз от 20 мкл до 200 мкл, заводской № YE16AAA0073544. Свидетельство о поверке СИ № С-БЗ/01-04-2024/328068629 от 01.04.2024. Действительно до 31.03.2025.
4. Пипетка-дозатор одноканальная с регулируемым объемом доз от 100 мкл до 1000 мкл, заводской № YE6K869173. Свидетельство о поверке СИ № С-БЗ/01-04-2024/328068628 от 01.04.2024. Действительно до 31.03.2025.

Настоящий протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения производственной испытательной лаборатории.

Исполнитель: Начальник ПИЛ



Е.М. Аксёнова